



Uplift
your
Life!

JOBST® Flachstrick

Die richtige Messtechnik bei mehrteiligen Versorgungen



JOBST® Flachstrick

Die richtige Messtechnik bei mehrteiligen Versorgungen

Bei Ödempatienten kann aufgrund des individuellen Befundes eine mehrteilige Versorgung sinnvoll sein. Beim Anmessen dieser Versorgungen gibt es Besonderheiten zu berücksichtigen – damit auch die mehrteilige, verordnete Kompression durch Passgenauigkeit überzeugt.

Hinweis:

Aufgrund von Änderungen der Erstattungssituation Deutschlands (Fortschreibung der PG 17), gibt es neue Bezeichnungen und Abgrenzungen für Leggings, Capri, Bermuda und Radler.

AD + BT/B'T Leggings



Wir empfehlen bei der Leggings eine Umfangszugabe von 3 cm an den Messpunkten, an denen sich die Leggings und die AD-Versorgung überlappen.

AD + CT Capri



Wir empfehlen bei der Caprihose eine Umfangszugabe von 3 cm an den Messpunkten, an denen sich die Caprihose und die AD-Versorgung überlappen.

AG + ET Bermuda

(Bermuda > 10cm Strumpflänge)



Bei einer Kombination aus einer Bermuda und einer AG-Versorgung ist eine Umfangszugabe nicht notwendig. Bitte messen Sie die Länge der Bermuda vom Boden bis 2 Finger oberhalb der Kniescheibe. Nehmen Sie auch an diesem Punkt das Umfangsmaß cE.

AG + FT Radler*

(Radler = 10cm Strumpflänge)



Bei einer Kombination aus einer Radler und einer AG-Versorgung ist eine Umfangszugabe nicht notwendig. Bitte geben Sie hierbei die gewünschte Länge des Beinrings (maximal 10cm) auf dem Bestellformular an.

Mehrteilige Versorgungen sollten immer in Kombination getragen werden, um den verordneten Kompressionsdruck und -verlauf zu gewährleisten.

Bitte verwenden Sie zur Bestellung mehrteiliger Versorgungen zwei Bestellformulare. Das hilft uns die jeweilige Auswahl der entsprechenden Ausführungen zuzuordnen und Ihre Bestellung fehlerfrei zu bearbeiten.

Sollten Sie Fragen haben, beantwortet Ihnen unser JOBST® Kompetenzteam Lymphologie diese gerne telefonisch unter +49 (0) 2822 607-111.

*Wir empfehlen die Kombination aus einer AG-Versorgung und einer ET-Bermudahose.



JOBST®,
an Essity brand

BSN-JOBST GmbH
Beiersdorfstraße 1
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
www.jobst.de
www.lymphcaredeutschland.de
Tel. +49(0) 2822 607-100
Fax +49(0) 2822 607-199

Essity Austria GmbH
Storchengasse 1
1150 Wien
Österreich

Essity Switzerland AG
Parkstrasse 1b
6214 Schenkon
Schweiz